

機械器具(25) 医療用鏡
一般医療機器 双眼ルーペ JMDN32692000

ガリレアンルーペULマルチ コードレスUVライトセット

【禁忌・禁止】

- ・使用者の眼球に有害な影響を与える可能性があるため、レンズを通して太陽、光照射器、レーザー又はそれに準ずる光線及び点灯させたコードレスUVライトを直視しないこと。

【形状・構造及び原理】

〔形状・構造〕

Black 2.5倍セット, 3.0倍セット

Red 2.5倍セット, 3.0倍セット



項目	仕様
外観特性	キズ、ワレ、ヒビ等がなく安定していること。
機能性	点灯、消灯、明るさが調整できること。 バッテリーパックは充電ができること。

- ・原理：倍率の違うレンズを使用することにより、作業視野を拡大する。又コードレス UV ライトを点灯させることにより、蛍光剤を発光させる。

【使用目的又は効果】

- ・小型望遠鏡として機能し、作業野の拡大像が得られる。観察視野に UV 光を供給する外部光源デンタル LED ライトを接続する。

【使用方法】

- ・デンタルLEDコードレスUVライトをガリレアンルーペ UL マルチに装着する。
- ・フレームバンドを装着する。
- ・眼鏡を使用している方はプロテクトアイグラスの取外しを行う。
- ・本製品を装着し瞳孔間距離調節ネジを回転させ、瞳孔間距離を調節する。
- ・コードレス UV ライトを点灯させ、拡大像を観察し、作業を行う。

【使用上の注意】

- ・本製品は経時変化や使用方法により、ネジの緩みや脱落、フレームの破断、レンズの変色や変形、収縮などを起こす場合があるため、使用前には必ず緩み、可動部の異常、レンズの傷、汚れなどを点検し、安全を確認すること。
- ・フレームが肌に触れる箇所で、かゆみ、かぶれ、湿疹などの異常が発生した時は、本製品の使用を止め、医師の診断を受けること。

- ・フレーム部で眼球等を傷つけないように注意して装着すること。
- ・フレームバンドで確実に頭部に固定し緩みの無い状態で使用すること。
- ・本製品の掛け外しは必ず両手でフレームを持って行うこと。
- ・浸水、薬液浸漬は行わないこと。
- ・水洗いで、超音波洗浄器使用は行わないこと。
- ・本製品は改造等を行わないこと。
- ・充電を行う際にはバッテリーコントローラーIIを取り外しておこなうこと。
- ・故障の原因となるので、必ず付属の専用AC/DCアダプターを使用し充電を行うこと。
- ・曇止め剤を使用する際にはポリカーボネート素材に対応した製品を使用すること。
- ・プロテクトアイグラスのフレームへの装着は、浮き上がりの無いようにしっかりと位置を確認すること。
- ・作業距離は術者の視力等の違いにより、差が生じる場合がある。
- ・充電回数を超えて充電をすることは思わぬ事故となる可能性がありますので、新品と交換をお願いします。(*)
- ・バッテリーの照射時間が極端に短くなった時は、速やかに新しいバッテリーと交換をお願いします。(*)
- ・人の目が届く場所で充電してください。充電したまま、使用場所から退出しないでください。(*)
- ・ストーブのそば、炎天下の自動車の車内など高温になる場所に放置しないでください。液もれ、発熱、破裂、発火の原因になります。(*)

【保管方法及び有効期間】

- ・本製品は清掃したのちにケースへ収納し、火気や水気がなく落下しない安全な場所に保管すること。
- ・極端に温度や湿度の高い場所を避けて保管すること。
- ・ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気による悪影響を受ける恐れのない場所に保管すること。
- ・傾斜のないまたは振動、衝撃などがかからない場所に安定状態にて保管すること。
- ・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所には保管しないこと。
- ・本製品は、アルコールベースの洗浄剤、強アルカリ性の洗剤で洗浄しないこと
- ・本製品は歯科医療従事者以外が触れないように、適切に保管・管理すること。

本製品を適切に使用する限り1年間保証、但し下記の消耗品は1年保証の対象外となる。

フレーム プロテクトアイグラス ブラックスポンジ フレームバンド クリップオン レンズキャップ ノーズパッド フリップハンドル ドライバー ルーペ袋 清掃布

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社日本歯科商社

製造業者

ソンヤンインターナショナル社(台湾)

(英名) SONG YOUNG INTERNATIONAL CO.